

**PROJETO BÁSICO**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**UNIDADE REQUISITANTE:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**1. Objeto**

Abertura de processo de dispensa de licitação para aquisição de camas hospitalares para suprir a necessidade do enfrentamento à pandemia de COVID-19 seguindo o plano de contingência para situações de emergências da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) conforme descritivo desse Termo de Referência.

**2. Justificativa Técnica**

**CONSIDERANDO** a Lei 13.979/2020: Art. 4º - B, nas dispensas de Licitações decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:

I – Ocorrência de situação de emergência;

II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

II – Existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;

IV – Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

**CONSIDERANDO** as estratégias e o conjunto de ações desenvolvidas pelas redes assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, atenção primária, urgência/ emergência, rede hospitalar, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, bem como, ações de comunicação, mobilização e publicidade.

**CONSIDERANDO** como parte das medidas de enfrentamento da pandemia do COVID-19, a Secretaria Municipal de Saúde de forma planejada e integrada com o Governo do Estado.

**JUSTIFICA-SE** pelo exposto acima a aquisição dos itens deste termo de Referência para fazer face ao enfrentamento à pandemia COVID-19.

### 3. Descrição detalhada

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
01	<p><b><u>CAMA HOSPITALAR MECÂNICA</u></b></p> <p>CAMA HOSPITALAR MECÂNICA 2 MOVIMENTOS MÍNIMOS: FOWLER E FLEXÃO OU FOWLER E TRENDELEMBURG, ATRAVÉS DE 02 MANIVELAS; PARA PACIENTE ADULTO; DIMENSÕES EXTERNAS DE NO MÍNIMO 215 X 0,90 CM E INTERNAS DO LEITO DE NO MÍNIMO 190CM X 0,80CM, ALTURA DO LEITO DE NO MÍNIMO 68CM; BASE TERMOPLÁSTICA, COM RODAS ESPECIAIS DE ARO DE BORRACHA E DOIS BREQUES EM DIAGONAL; ESTRUTURA DO LEITO RÍDIGO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PRÓPRIO PARA MASSAGENS CARDÍACAS, SEM SALIÊNCIAS OU REBARBAS QUE ESGARCEM A ROUPA DA CAMA; PARA-CHOQUES DE BORRACHA; GRADES LATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA DE SEGURANÇA PARA CIMA E PARA BAIXO EM AÇO INOX AISI 304 OU AISI 316; CABECEIRA REMOVÍVEL REVESTIDA EM POLIURETANO INJETADO; PESEIRA REMOVÍVEL REVESTIDA EM POLIURETANO INJETADO; CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 180KG; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX AISI 304/316 COLCHÃO NAS DIMENSÕES DA CAMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 33, ESPESSURA MÍNIMA DE 12CM, REVESTIDO EM COURVIN; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES.</p>	106

#### 4. Prazo de entrega

Entrega imediata

#### 5. Local de entrega

Dentro do perímetro urbano de Fortaleza a ser definido pela Administração Pública

Francisco Romel Lima de Araújo  
COREPH/SMS/COORDENADOR



# Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PCQ1UCH2

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 11726 e código PCQ1UCH2

**ASSINADO POR:**